



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ
И МЕТРОЛОГИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ВСЕРОССИЙСКИЙ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИХ
И РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ
ФГУП ВНИИФТРИ



АТТЕСТАТ

№ 10/340/1440

Дата выдачи: 13 сентября 2019 г.

Удостоверяется, что исследовательская экспериментальная установка
наименование и обозначение испытательного оборудования
«Реверберационные акустические камеры»

заводской номер 01
заводской или инвентарный номер

принадлежащая ННГАСУ
наименование предприятия (организации), подразделения, центра

по результатам первичной аттестации, протокол № 28/10/19 от 13.09.2019 г., признана пригодной для воспроизведения нормированных условий испытаний с целью определения изоляции воздушного шума строительными конструкциями в соответствии с ГОСТ 27296-2012 (с учетом поправки № 1), значений реверберационных коэффициентов звукопоглощения материалов и изделий в соответствии с ГОСТ 31704-2011 (EN ISO 354:2003) и шумовых характеристик приборов и оборудования в соответствии с ГОСТ Р 51400-99.

Периодичность аттестации 24 месяца.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА –
НАЧАЛЬНИК НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ВСЕРОССИЙСКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА
ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИХ И РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ

«13» 09

2019 г.



Ф.И. ХРАПОВ

АФ № 0002861